

Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_ELSTER2_2019-V.02.
Típus: BK-G10, BK-G16, BK-G40, BK-G65	Gyártó: Elster- Instromet Vertriebsges. m. b. H. 1190 Wien Heiligenstädter Straße 45. Ausztria

Általános követelmények

Ezen műszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. által beszerzett középteljesítményű membrános gázmérők műszaki adatait tartalmazza.

Rendelt kivitel:

BK- G10-G65 típusú gázmérők, beépített adatgyűjtőt (Data-logger) nem tartalmaznak.

Megjegyzés: 2021-től az ELSTER mérők Honeywell néven kerülnek forgalomba!

Normatív dokumentumok

**MSZ EN 1359:2017
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI.23.) NGM rendelet
6/2001. (III.19.) GM rendelet
ML_08/2006-V.15.**







Gázmérők. Membrános gázmérők a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről Műszaki leírás a G10 – G100 névleges méretű, membrános gázfogyasztás mérő beszerzéséhez

Termékjellemzők

Beszerzett mérettartomány

Méret jelölés	Csonk típusa és távolsága (mm)	Csatlakozás (mm)	Qmax (m ³ /h)	Qmin (m ³ /h)	Pmax (bar)	Beép.-i magasság (mm)	Beép.-i mélység (mm)	Teljes szélesség (mm)	Teljes mélység (mm)	Teljes magasság (mm)	Tömeg (kg)
BK-G10	Felső/280	DN 40 G 2"	16	0,10	1/0,5	369/330	123/108	396/405	262/234	369/330	9,5/5,7
BK-G16	Felső/280	DN 40 G 2"	25	0,16	1/0,5	369/330	123/108	396/405	262/234	369/330	9,5/5,7
BK-G25	Felső/335	DN 50 G 2 1/2"	40	0,25	1/0,5	443/398	138	457/465	289	443/398	13,3/10
BK-G40	Felső 430/510	DN 65/80 karimás	65	0,40	1/0,5	657/480	185/175	612/710	392	657/413	42/28
BK-G40	Oldal/570	DN 65/80 karimás	65	0,40	0,5	337	161	564	392	413	28
BK-G65	Oldal/680	DN 80 karimás	100	0,65	0,5	400/337	212/161	680/564	432/392	626/413	69/29
BK-G65	Felső 500/640	DN 80 karimás	100	0,65	0,5	687/498	217/175	700/840	445/392	687/413	48/32

Termékmegfelelőség jelölése és példa a tanúsító jelzésre

Megfelelőségi vizsgálat (típusvizsgálat) jelölés	Hitelesítést tanúsító jelzések	
MID	MID	Nemzeti
 	 	 
Az adott gázmérőn, a két hitelesítést tanúsító jelzés közül az egyik kerül alkalmazásra a tanúsítást végző egyedi adataival. Nemzeti hitelesítést tanúsító jelzés esetén a koronás lenyomat két szélén a hitelesítési évének két utolsó számjegye, a másik lenyomaton az utolsó három számjegye szerepel.		

Műszaki adatlap

Membrános gázmérők	Adatlap azonosító: GM_ELSTER2_2019-V.02.
Típus: BK-G10, BK-G16, BK-G40, BK-G65	Gyártó: Elster- Instromet Vertriebsges. m. b. H. 1190 Wien Heiligenstädter Straße 45. Ausztria

Képek a termékről



Dátum

Kiadás: Hajdúszoboszló, 2021 július 01.

Dokumentum szerkesztő

Név: *Török Sándor*
Munkakör: *Műszaki vizsgálatok főmunkatárs*
Elérhetőség: *+36 (70) 698-3530*

Jóváhagyó


Bán Zoltán
Eszközmenedzsment Igazgató
OPUS TIGAZ Zrt.