

Műszaki adatlap

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membrános gázmérők | Adatlap azonosító: GM_SICONIA1_2021-V.01. |
| Típus: MG4 AT G4 | Gyártó: Sagemcom Italia S.p.A a socio unico Garavelle, Fraz. Santa Lucia – 06012 Città di Castello (PG) Italy |

Általános követelmények

Ezen műszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. által beszerzett háztartási gázmérők műszaki adatait tartalmazza.

Rendelt kivitel:

Terhelési tartomány: **MG4 AT G4** típus esetén Q_{\min} 0,04m³/h, Q_{\max} 6m³/h

Működési hőmérséklettartomány (t_m): -25 +55 °C

Maximális üzemi nyomás: 0,5 bar

Csatlakozó csonek menete: G 5/4"

Impulzuskimenettel nem rendelkezik

Számlálómű felbontás: 0,2 dm³

Metrológiai kivitel: normál

Ciklustérfogat: **MG4 AT G4** 110 mm csonektávolság esetén: 1,2 dm³

Normatív dokumentumok

**MSZ EN 1359:2017
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI.23.) NGM rendelet
ML_03/2006-V.15.**

Gázmérők. Membrános gázmérők a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról Műszaki leírás a G4; G6 névleges méretű, membrános gázfogyasztás mérő beszerzéséhez

Termékjellemzők

Beszerzett mérettartomány

| Méret jelölés | Típus | Csonek-távolság (mm) | Beép.-i magasság (mm) | Beép.-i mélység (mm) | Teljes szélesség (mm) | Teljes mélység (mm) | Tanúsító megnevezése | Tanúsító jelzés | Tömeg (kg) |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------|
| G4 | MG4 AT G4 | 110 | 238 | 70,5 | 238,5 | 165 | Gyártói (MID) | T10258 | 1,8 |

Termékmegfelelőség jelölése és példa a tanúsító jelzésre


Megfelelőségi vizsgálat (típusvizsgálat) jelölés

Hitelesítést tanúsító jelzés

MID

MID

Nemzeti






Az adott gázmérőn, a két hitelesítést tanúsító jelzés közül az egyik kerül alkalmazásra a tanúsítást végző egyedi adataival. Nemzeti hitelesítést tanúsító jelzés esetén a koronás lenyomat két szélén a hitelesítési évének két utolsó számjegye, a másik lenyomaton az utolsó három számjegye szerepel.

Műszaki adatlap

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membrános gázmérők | Adatlap azonosító: GM_SICONIA1_2021-V.01. |
| Típus: MG4 AT G4 | Gyártó: Sagemcom Italia S.p.A a socio unico Garavelle, Fraz. Santa Lucia – 06012 Città di Castello (PG) Italy |

Képek a termékről



Dátum

Kiadás: Hajdúszoboszló, 2021. július 01.

Dokumentum szerkesztő

Név: *Török Sándor*
Munkakör: *Műszaki vizsgálatok főmunkatárs*
Elérhetőség: *+36 (70) 698-3530*

Jóváhagyó


Bán Zoltán
Eszközmenedzsment Igazgató
OPUS TIGAZ Zrt.